

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
Oznaczenie arkusza: **MS.18-01-20.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MS.18**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Karta dekontaminacji

Wpisane:

Gastroduodenoskop

1 W kolumnie
A: 2 szt., **B:** Szpital Onkologiczny Pracownia Endoskopii, **C:** 55°C, 10 min., **D:** rękaw papierowo-foliowy,
E: tlenek etylenu, 55°C, 60 min., degazacja 12 godzin, **F:** typ 5, **G:** TAK

Kleszczyki biopsyjne

2 W kolumnie
A: 6 szt., **B:** Szpital Onkologiczny Pracownia Endoskopii, **C:** 90°C, 5 min., **D:** rękaw papierowo-foliowy,
E: para wodna, 121°C, 20 min., **F:** typ 6, **G:** TAK

Bronchofiberoskop

3 W kolumnie
A: 3 szt., **B:** Szpital Miejski OIOM, **C:** 55°C, 10 min., **D:** rękaw papierowo-foliowy,
E: tlenek etylenu, 55°C, 60 min., degazacja 30 godzin, **F:** typ 5, **G:** TAK

Cystoskop

4 W kolumnie
A: 5 szt., **B:** Szpital Onkologiczny Oddział Urologii, **C:** 90°C, 5 min., **D:** kontener,
E: para wodna, 121°C, 20 min., **F:** typ 6, **G:** TAK

Zestaw wyrostek

5 W kolumnie
A: 4 zestawy, **B:** Szpital Miejski Blok Operacyjny, **C:** 90°C, 5 min., **D:** kontener,
E: para wodna, 134°C, 7 min., **F:** typ 6, **G:** TAK

Ustnik do spirometrii

6 W kolumnie
A: 9 szt., **B:** Szpital Pulmonologiczny Pracownia Spirometrii, **C:** 55°C, 10 min., **D:** rękaw papierowo-foliowy,
E: tlenek etylenu, 55°C, 60 min., degazacja 12 godzin, **F:** typ 5, **G:** TAK

Rezultat 3: Etykieta

Wpisane:

1	Nazwa odbiorcy: Izba Przyjęć								
2	Zawartość pakietu: Zestaw do usunięcia szwów								
3	Data sterylizacji: data egzaminu								
4	Data ważności pakietu: data egzaminu + 6 miesięcy (+/-2 dni)								

Rezultat 4: Pakiet z Zestawem do usunięcia szwów

1	Na pakiecie przyklejona etykieta taśmą neutralną								
2	Uchwyty wszystkich narzędzi w pakiecie skierowane są w kierunku otwierania pakietu								
3	Narzędzia zapakowane są w dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego zgodnie z zasadą papier do papieru, folia do folii								
4	Każda warstwa rękawa zgrzana jest z dwóch stron. Warstwa wewnętrzna nie jest podwinięta z żadnej strony								
5	Zgrzewy są równej szerokości na całej długości, bez zagnieceń								
6	Zgrzew od strony otwierania wykonany jest w odległości minimum 2 cm od krawędzi pakietu <i>Uwaga! Linijka do zmierzenia mankietu znajduje się na stanowisku pakowania narzędzi</i>								
7	W pakiecie umieszczony jest chemiczny wskaźnik wieloparametrowy/typ 4 <i>Uwaga! Do sprawdzenia tego kryterium może zajść konieczność otwarcia pakietu</i>								
8	Pakiet wygląda estetycznie, nie jest zaplamiony środkiem konserwującym, nie jest pognieciony								

Przebieg 2: Wykonanie testu funkcyjnego zgrzewarki, kontroli czystości i konserwacji narzędzi oraz testu funkcyjnego nożyczek chirurgicznych*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

Zdający:

1	wykonał test funkcyjny zgrzewarki przed wykonaniem zgrzewu rękawa papierowo-foliowego								
2	wykonał test funkcyjny zgrzewarki, w którym linia zgrzewu jest nieprzerwana, jednakowej szerokości na całej długości testu								
3	otwierając kolejno każde narzędzie kontrolował czystość wszystkich powierzchni narzędzi pod lampą powiększającą								
4	po kontroli czystości naniósł środek konserwujący tylko w obrębie przegubów narzędzi/ruchomych części nożyczek, kleszczyków Pean i kleszczyków Kocher								
5	rozprowadził środek konserwujący poprzez wykonanie kilkakrotnych ruchów otwierania i zamykania wszystkich konserwowanych narzędzi								
6	zapiął kleszczyki Kocher oraz kleszczyki Pean na pierwszy ząbek lub pozostawił otwarte								
7	po konserwacji nożyczek chirurgicznych przeprowadził test funkcyjny nożyczek chirurgicznych wykonując trzy niezależne cięcia kompresu gazowego tymi nożyczkami <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli test funkcyjny wykonał po konserwacji nożyczek chirurgicznych</i>								
8	uporządkował stanowisko pracy, na blacie nie pozostawił odpadów z rękawa papierowo-foliowego, wykonał dezynfekcję stanowiska chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis