


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

 Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-15.05**

 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

 Numer zadania: **01**
*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           –      

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu          
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska		

 \* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił*

**Rezultat 1: Strzemię oporowe do aparatu odciążającego kończynę dolną**

1	długość całkowita odciętej szyny ma maksymalnie 650 mm (10 mm tolerancji na wygięcie elementów strzemia)																				
2	część dolna, środkowa strzemia ma długość 80 mm, części boczne wysokość 280 mm																				
3	części boczne wygięte są pod kątem prostym względem części dolnej																				
4	na częściach bocznych strzemia zaznaczona jest oś stawu skokowego																				
5	części boczne wygięte są w kierunku do przodu pod kątem 20-25°																				
6	miejsce wygięcia części bocznych do przodu znajduje się ok.10 mm poniżej zaznaczonej osi stawu skokowego																				
7	ok.40 mm poniżej wygięcia do przodu części boczne wygięte są w kierunku do tyłu pod kątem 20-25°																				
8	górne krawędzie strzemia są oszlifowane																				

**Rezultat 2: Połączenie płytki oporowej ze strzemiem**

1	płytki oporowa z pięcioma nawierconymi otworami w równych odstępach																				
2	krawędzie płytki oporowej gładko zeszlifowane																				
3	płytki oporowa połączona jest ze strzemiem nitami																				
4	krawędzie płytki oporowej i strzemia pokrywają się																				
5	płytki oporowa wyprofilowana jest w kształcie łuku																				


**Rezultat 3: Wypełniona KARTA MIAR**

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: <a href="http://arkusze.pl">arkusze.pl</a>	<p>Karta miar</p>	
1		
2	<p>naniesione na karcie linie obwodów Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający naniósł na karcie miar co najmniej 4 z 6 linii obwodów.</p>	
3	<p>naniesione na karcie linie wysokości Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający naniósł na karcie miar co najmniej 3 z 5 linii wysokości i długości.</p>	


Przebieg 1: Wykonanie strzemięcia oporowego do aparatu odciążającego na kończynę dolną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy									
1	zaznaczył na strzemięciu osie stawu skokowego, przykładając strzemię do pozytywu tak, aby między dolną krawędzią strzemięcia a odlewem guza piętowego została wolna przestrzeń około 40-50 mm								
2	posługiwał się narzędziami i sprzętem zgodnie z przeznaczeniem								
3	stosował okulary ochronne podczas szlifowania								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*